

无锡耐思生物科技有限公司

产品质量检验报告

产品名称		无裙边矮管PCR板（透明）		产品编号		402101		生产批号		030718A110	
序号	检测项目		检验内容/检验依据						检测结果		
1	外观		黑点、气泡、拉痕等						符合要求		
2	尺寸		符合图纸规格						符合要求		
3	印刷		印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影						NA		
			印刷牢固，3M胶带粘贴3次无脱墨						NA		
4	亲水性		TC处理后，测量接触角						NA		
5	离心力		符合SIP规定离心力值						NA		
6	密封性测试		抽真空-30kpa~-29Kpa，3分钟不渗漏						NA		
7	包装		包材、数量正确，包装完好						符合要求		
8	灭菌		辐照标签呈红色，有《辐照证明》						NA		
9	内毒素检测		《细菌内毒素检验规范》						符合要求		
10	细胞培养检测		《细胞培养类产品性能检验规范》						NA		
11	Rnase检测		《核酸酶检验规范》						符合要求		
12	Dnase检测		《核酸酶检验规范》						符合要求		
综合判定			OK								
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA											
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2			检验：		赵静		确认：		无锡耐思生物科技有限公司 质检专用章 杨洋		
电话：（+86）0510-88550100											
传真：（+86）0510-88550105			日期：		2018年3月26日		日期：		2018年3月26日		
http://www.cell-nest.com											

