# 无锡耐思生物科技有限公司

## 产品质量检验报告

| 产品名称 | 15mL离心管，无架包装 | 产品编号 | 601152 | 生产批号 | 010718E01 |
|---|---|---|---|---|---|

| 序号 | 检测项目 | 检验内容/检验依据 | 检测结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | 黑点、气泡、拉痕等 | 符合要求 |
| 2 | 尺寸 | 符合图纸规格 | 符合要求 |
| 3 | 印刷 | 印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影 | 符合要求 |
| | | 印刷牢固，3M胶带粘贴3次无脱墨 | 符合要求 |
| 4 | 亲水性 | TC处理后，测量接触角 | NA |
| 5 | 离心力 | 符合SIP规定离心力值 | 符合要求 |
| 6 | 密封性测试 | 抽真空-30kpa～-29Kpa，3分钟不渗漏 | 符合要求 |
| 7 | 包装 | 包材、数量正确，包装完好 | 符合要求 |
| 8 | 灭菌 | 辐照标签呈红色，有《辐照证明》 | NA |
| 9 | 内毒素检测 | 《细菌内毒素检验规范》 | 符合要求 |
| 10 | 细胞培养检测 | 《细胞培养类产品性能检验规范》 | NA |
| 11 | Rnase检测 | 《核酸酶检验规范》 | 符合要求 |
| 12 | Dnase检测 | 《核酸酶检验规范》 | 符合要求 |
| **综合判定** | | OK | |

说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2<br>电话：（+86）0510-88550100 | 检验: | 赵静 | 确认: | 杨洋 |
| 传真：（+86）0510-88550105<br>http://www.cell-nest.com | 日期: | 2018年2月11日 | 日期: | 2018年2月11日 |

QUALITY INSPECTION SPECIAL CHAPTER 无锡耐思生物科技有限公司 质检专用章