

# 无锡耐思生物科技有限公司

## 产品质量检验报告

产品名称	4.0mL冻存管, 外旋盖, 圆底可立	产品编号	608001	生产批号	010318K01
序号	检测项目	检验内容/检验依据			检测结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等			符合要求
2	尺寸	符合图纸规格			符合要求
3	印刷	印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影			符合要求
		印刷牢固, 3M胶带粘贴3次无脱墨			符合要求
4	亲水性	TC处理后, 测量接触角			NA
5	离心力	符合SIP规定离心力值			NA
6	密封性测试	抽负压, 不渗漏			符合要求
7	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合要求
8	灭菌	辐照标签呈红色, 有《辐照证明》			符合要求
9	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合要求
10	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》			NA
11	Rnase检测	《核酸酶检验规范》			符合要求
12	Dnase检测	《核酸酶检验规范》			符合要求
综合判定		OK			
说明: “检查结果”可填: 符合要求、不符合要求或NA					
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2		检验:	赵静	确认:	杨洋
电话: (+86) 0510-88550100					
传真: (+86) 0510-88550105		日期:	2018年1月10日	日期:	2018年1月10日
http://www.cell-nest.com					

