

无锡耐思生物科技有限公司

产品质量检验报告

产品名称		多层细胞培养器 (大口, 5层, TC处理)		产品编号	771204	生产批号	032318F01	
序号	检测项目	检验内容/检验依据				检测结果		
1	外观	黑点、气泡、拉痕等				符合要求		
2	尺寸	符合图纸规格				符合要求		
3	印刷	印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影				NA		
		印刷牢固, 3M胶带粘贴3次无脱墨				NA		
4	亲水性	TC处理后, 接触角不超过39度				符合要求		
5	离心力	符合SIP规定离心力值				NA		
6	密封测试	充气3Kpa, 泄露量 $\leq$ 3pa				符合要求		
7	强度测试	充气5Kpa, 泄露量 $\leq$ 5pa				符合要求		
8	包装	包材、数量正确, 包装完好				符合要求		
9	灭菌	辐照标签呈红色, 有《辐照证明》				符合要求		
10	灭菌后强度	充气4Kpa, 泄露量 $\leq$ 4pa				符合要求		
11	不溶性微粒	《不溶性微粒检验规程》				符合要求		
12	内毒素检测	《中国药典》2010版				符合要求		
13	细胞培养实验	《细胞培养类产品性能检验规程》				符合要求		
14	RNase实验	《核酸酶检验规范》				NA		
15	DNase实验	《核酸酶检验规范》				NA		
综合判定		OK						
说明: “检查结果”可填: 符合要求、不符合要求或NA								
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2		检验:	赵静	确认:				
电话: (+86) 0510-88550100								
传真: (+86) 0510-88550105		日期:	2018年4月3日	日期:				2018年4月3日
http://www.cell-nest.com								

NEST

F-CB-065-1

版次: 02