

无锡耐思生物科技有限公司

产品质量检验报告

产品名称		玻底培养皿，φ 20mm，TC		产品编号		801001		生产批号		013018Q01	
序号	检测项目		检验内容/检验依据							检测结果	
1	外观		黑点、气泡、拉痕等							符合要求	
2	尺寸		符合图纸规格							符合要求	
3	印刷		印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影							NA	
			印刷牢固，3M胶带粘贴3次无脱墨							NA	
4	亲水性		TC处理后，测量接触角							符合要求	
5	离心力		符合SIP规定离心力值							NA	
6	密封性测试		抽真空-30kpa~-29Kpa，3分钟不渗漏							NA	
7	包装		包材、数量正确，包装完好							符合要求	
8	灭菌		辐照标签呈红色，有《辐照证明》							符合要求	
9	内毒素检测		《细菌内毒素检验规范》							符合要求	
10	细胞培养检测		《细胞培养类产品性能检验规范》							符合要求	
11	Rnase检测		《核酸酶检验规范》							NA	
12	Dnase检测		《核酸酶检验规范》							NA	
综合判定			OK								
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA											
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2				检验：		赵静		确认：		质检专用章 杨洋	
电话：（+86）0510-88550100											
传真：（+86）0510-88550105				日期：		2018年2月11日		日期：		2018年2月11日	
http://www.cell-nest.com											

