

# 无锡耐思生物科技有限公司

## 产品质量检验报告

产品名称	玻底培养皿, $\phi$ 15mm, TC		产品编号	801002	生产批号	022718Q01
序号	检测项目	检验内容/检验依据			检测结果	
1	外观	黑点、气泡、拉痕等			符合要求	
2	尺寸	符合图纸规格			符合要求	
3	印刷	印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影			NA	
		印刷牢固, 3M胶带粘贴3次无脱墨			NA	
4	亲水性	TC处理后, 测量接触角			符合要求	
5	离心力	符合SIP规定离心力值			NA	
6	密封性测试	抽真空-30kpa~-29Kpa, 3分钟不渗漏			NA	
7	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合要求	
8	灭菌	辐照标签呈红色, 有《辐照证明》			符合要求	
9	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合要求	
10	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》			符合要求	
11	Rnase检测	《核酸酶检验规范》			NA	
12	Dnase检测	《核酸酶检验规范》			NA	
综合判定		OK				
说明: “检查结果”可填: 符合要求、不符合要求或NA						
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2		检验:	赵静			
电话: (+86) 0510-88550100						
传真: (+86) 0510-88550105		日期:	2018年3月8日	日期:	2018年3月8日	
http://www.cell-nest.com						